

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO CRUZEIRO  
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2024**

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE FILMES  
RADIOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
DE NOVO CRUZEIRO.**

Ao Sr. Pregoeiro(a),

A empresa UNIVEN LTDA com sede na Rua Paraná, 107, sala 42, Chácara do Solar (Fazendinha), Santana de Parnaíba, São Paulo, inscrita no CNPJ nº 48.146.804/0001-20, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOSÉ ROBERTO PILLER, brasileiro, portadora do RG sob o nº 8.347.993-4, inscrita no CPF sob o nº 852.420.128-20, telefone (41) 3274-3274, endereço eletrônico: [licitacao@univen.com.br](mailto:licitacao@univen.com.br), vem, tempestivamente, oferecer o presente:

**ESCLARECIMENTO**

Gostaríamos de confirmar o modelo da impressora de posse da instituição:

- **Compatibilidade com a Impressora: DRY PIX LIFE – FUJIFILM.** Os filmes radiológicos devem ser plenamente compatíveis com a impressora específica já em posse da instituição, garantindo eficiência e qualidade no processo de impressão.

Seria o modelo Dry Pix Lite, correto?

Em caso positivo, conforme o catálogo da FUJIFILM, os filmes compatíveis com as impressoras são fornecidos apenas em caixas com 100 unidades de películas:



O DI-HT aplica a tecnologia Micro da FUJIFILM de isolamento patenteado para maior durabilidade de armazenamento e maior transparência para alcançar melhor qualidade de imagem. Aplicável para DRYPIX2000.

■ **DI-HT**

35×43 caixa com 100 lâminas  
25×30 caixa com 100 lâminas

26×36 caixa com 100 lâminas  
20×25 caixa com 100 lâminas

Neste sentido, gostaríamos de confirmar se houve um equívoco e se poderão ser fornecidas caixas com 100 películas ao invés de 150, conforme informado no edital.

---

UNIVEN LTDA

JOSÉ ROBERTO PILLER

SÓCIO DIRETOR

CPF 852.420.128-20

RG 8.347.993-4